



SERWIS

STERN WEBER POLSKA
ul. Kosmatki 26
03-982 Warszawa
tel. 22 439 95 60; 22 456 70 10
naprawa@sternweber.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NAPRAWY INSTRUMENTU



Pobierz i wypełnij elektronicznie lub ręcznie
ze strony www.sternweber.pl/naprawa

Zgłaszający:

Nazwa firmy (pieczętka):.....
Adres:.....
Adres do wysyłki:.....
Numer NIP:.....
Osoba kontaktowa:.....
Telefon kontaktowy:.....
Adres e-mail:.....

Urządzenie:

turbina kątница prostnica mikrosilnik szybko-złączka
 skaler kamera lampa do polimeryzacji
 Stern Weber W&H NSK MyRay

typ/model:.....
numer seryjny:.....
dołączane akcesoria:.....

Rodzaj usterki:

<input type="checkbox"/> nie działa, nie obraca się wiertło	<input type="checkbox"/> niska moc końcówki
<input type="checkbox"/> niestabilna praca wiertła	<input type="checkbox"/> nadmierne nagrzewanie
<input type="checkbox"/> nie trzyma wiertel	<input type="checkbox"/> brak światła
<input type="checkbox"/> zablokowane wiertło	<input type="checkbox"/> nieszczelna obudowa
<input type="checkbox"/> brak, nieprawidłowo działa spray	<input type="checkbox"/> uszkodzona obudowa
<input type="checkbox"/> wibracje narzędzia	<input type="checkbox"/> inne usterki opis:

Zakres usługi:

Gwarancja: TAK NIE Przegląd Naprawa

Dodatkowe uwagi:.....
.....

Ważne informacje:

- 1) Sprawdzić czy urządzenie nie posiada uszkodzeń mechanicznych.
- 2) **Przed wysyłką należy wysterylizować narzędzie** i przesłać w zamkniętym pakiecie z odbarwionym znacznikiem. W przeciwnym razie właściciel zostanie obciążony dodatkowym kosztem 50zł za sterylizację.
- 3) Wypełnione zgłoszenie wysłać mailem na adres (naprawa@sternweber.pl) lub dołączyć do przesyłki z urządzeniem.
- 4) Narzędzie Zapakować w bezpieczny sposób (najlepiej w oryginalnym pudełku)

Adres wysyłki:

Stern Weber Polska sp. z o.o.
Serwis
Kosmatki 26, 03-982 Warszawa