STERN WEBER POLSKA
ul. Kosmatki 26
03-982 Warszawa
tel. 22 395 56 03; 22 395 56 00
serwis@sternweber.pl

PROTOKÓŁ KONSERWACJI I WERYFIKACJI ZABIEZPIECZEŃ POMPY SSĄCEJ

Numer zlecenia	Data	Nazwa gabinetu
Nazwa urządzenia	**Numer seryjny**	**Adres gabinetu**

WERYFIKACJA FUNKCJONALNA	WYNIK		
	POZYTYWNY	NEGATYWNY	NIEDOTYCZY
1. Kontrola pomieszczenia pompy ssącej - suche, wentylowane pomieszczenie o temp. od +15°C do +25°C			
2. Kontrola przewodu zasilającego i uziemienia			
3. Kontrola działania głównego wyłącznika			
4. Ocena wizualnego stanu pompy			
5. Akustyczne sprawdzenie poprawności działania			
6. Sprawdzenie sita ochronnego			
7. Sprawdzenie stanu zaworu zwrotnego			

Wnioski:

[ ] Nie stwierdzono usterek w zakresie funkcjonalności i bezpieczeństwa; test funkcjonalny zakończony pomyślnie.
[ ] Brak bezpośredniego ryzyka; stwierdzone usterki mogą być łatwo usunięte (patrz protokół serwisowy)
[ ] Stwierdzono istotne usterki z zakresu bezpieczeństwa : **Urządzenie medyczne nie może być użytkowane.**

Wykryte nieprawidłowości oraz zalecenia:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Usługa została wykonana zgodnie z zasadami przeglądu okresowego firmy Stern Weber Polska oraz zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia.

Data następnego przeglądu:.....

PIECZĄTKA I CZYTELNY PODPIS **SERWISANTA**

PIECZĄTKA I CZYTELNY PODPIS **KLIENTA**